

Nr. 31046 / 05.12.17

Clarificări

la "achiziție directă" pentru atribuirea contractului sectorial de produse "**perechi termorezistențe Pt500 sertizate - 150 buc și perechi termorezistențe Pt500 cu prindere directă – 50 buc**", cod CPV: 38424000-3

Ca urmare a solicitării de clarificări, făcută de un operator economic, se formulează următorul răspuns:

Întrebare:

1. PT500 nu este un standard uzual, v-am putea oferta în schimb senzori PT100 sau PT1000 (i-ați putea folosi în aplicația dumneavoastră)?
2. Avem nevoie de cote suplimentare, conform atașament.

Răspuns:

1. Perechile de termorezistențe sunt parte componentă a contorului de energie termică. Conform Aprobării de Model RO 039/01 pe care o are acesta și care trebuie respectată, termorezistențele trebuie să fie Pt 500.
2. Referitor la cotele solicitate:
L1=39
L2=46
S=2

Director Comercial
ing. Ivantie Rușeț



Șef Departament Achiziții-Vânzări
ing. Daniela Ivan

Expert Achiziții
Florea Alexandra

27.5

26

M10x1

S=?

Ø1

Ø5.6

L1=?

L2=?

NV 12

